

# Vybavení zubní ordinace

## Umístění

- v blízkosti MHD a malého parkoviště
- v blízkosti zubní laboratoře
- orientace na sever

## Rozložení

- místo pro odklad oděvu
- 2 WC
- malá kuchyňka
- šatny pro personál
- **přízemí** (maximálně první patro, ale rozhodně s **bezbariérovým přístupem**)
- místnost na sterilizaci
- kompresor mimo ordinaci (sklep, půda)´

## Vybavení

- odlučovač amalgámu
  - sedimentační (96 %)
  - odstředivý (98 %)
- proudový chránič
- osvětlení (2000 lx ordinace; 20000 lx pracovní pole)
- plivátko
- malý panel sestry
- unit
  - spodní vedení
    - výhody: cena
    - nevýhody: možnost zapletení nohou, možnost nesprávného zasunutí přístroje (rozbití)
  - horní vedení
    - výhody: nemožné upadnutí nástroje
    - nevýhody: cena
  - monitor
    - intraorální kamera (prokázání kazu pacientovi, ukázka dobře vykonané práce pacientovi)
    - prohlížení rentgenových snímků
- vysokofrekvenční kauter
- přístroj na fotopolymeraci
- amalgamátor
- RTG přístroj
  - lokální RTG přístroj
  - panoramatický (v ordinaci nebo v blízkosti ordinace)

## Odkazy

### Související články

- Vybavení zubní laboratoře

### Reference

### Použitá literatura

Přednáška as. MUDr. Arnošky Pehrové, CSc.



#### Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům ([https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Vybaven%C3%AD\\_zubn%C3%AD\\_ordinace&action=history](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Vybaven%C3%AD_zubn%C3%AD_ordinace&action=history)) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.